

검체 냉장고 온도 기록지(I)

장비명	Refrigerator			
모델명	CBR-150-182			
Serial No	GS24190115-24			
설정온도	4 °C			
위 치	임상시험센터			
날짜 (YYYY.MM.DD)	점검 시간 (HH:MM)	온도 °C	기타사항(알람 등)	서명
2026-04-01	09:50	4.1°C	NA	장진아
2026-04-02	09:54	4.2°C	NA	장진아
2026-04-03	10:00	3.9°C	NA	장진아
2026-04-04	ND	ND	ND	ND
2026-04-05	ND	ND	ND	ND
2026-04-06	09:18	3.6°C	NA	장진아
2026-04-07	09:20	4.1°C	NA	장진아
2026-04-08	09:40	4.0°C	NA	장진아
2026-04-09	09:50	4.3°C	NA	장진아
2026-04-10	14:20	3.9°C	NA	장진아
2026-04-11	ND	ND	ND	ND
2026-04-12	ND	ND	ND	ND
2026-04-13	10:01	4.2°C	NA	이정민
2026-04-14	09:09	3.8°C	NA	이정민
2026-04-15	14:35	4.3°C	NA	이정민
2026-04-16	12:35	4.0°C	NA	이정민
2026-04-17	09:16	4.4°C	NA	이정민
2026-04-18	ND	ND	ND	ND
2026-04-19	ND	ND	ND	ND
2026-04-20	10:45	3.9°C	NA	이정민
2026-04-21	10:00	3.6°C	NA	이정민
2026-04-22	09:31	3.9°C	NA	이정민
2026-04-23	10:00	4.4°C	NA	이정민
2026-04-24	12:00	3.6°C	NA	이정민
2026-04-25	ND	ND	ND	ND
2026-04-26	ND	ND	ND	ND
2026-04-27	09:29	3.9°C	NA	장진아
2026-04-28	09:41	3.6°C	NA	장진아
2026-04-29	08:59	4.0°C	NA	장진아
2026-04-30	09:40	4.2°C	NA	장진아

점검자(이름/서명) : 장진아

점검일(YYYY.MM.DD) : 2026.05.06