

초저온 냉동고 온도 기록지(I)

장비명	Deep Freezer			
모델명	ULT-837			
Serial No	GS28190109-12			
설정온도	-80 ℃			
위 치	임상시험센터			
날짜 (YYYY.MM.DD)	점검 시간 (HH:MM)	온도 ℃	기타사항(알람 등)	서명
2026-04-01	13:00	-79.0℃	NA	강수임
2026-04-02	11:35	-78.0℃	NA	강수임
2026-04-03	09:10	-79.0℃	NA	강수임
2026-04-04	ND	ND	ND	ND
2026-04-05	ND	ND	ND	ND
2026-04-06	09:18	-80.9℃	NA	강수임
2026-04-07	11:00	-79.2℃	NA	강수임
2026-04-08	14:40	-79.0℃	NA	강수임
2026-04-09	10:50	-79.9℃	NA	강수임
2026-04-10	14:25	-79.3℃	NA	강수임
2026-04-11	ND	ND	ND	ND
2026-04-12	ND	ND	ND	ND
2026-04-13	10:01	-76.6℃	NA	이정민
2026-04-14	09:09	-80.0℃	NA	이정민
2026-04-15	14:35	-80.7℃	NA	이정민
2026-04-16	12:35	-79.10℃	NA	이정민
2026-04-17	09:16	-79.4℃	NA	이정민
2026-04-18	ND	ND	ND	ND
2026-04-19	ND	ND	ND	ND
2026-04-20	10:45	-76.9℃	NA	이정민
2026-04-21	10:00	-73.8℃	NA	이정민
2026-04-22	09:37	-78.6℃	NA	이정민
2026-04-23	10:00	-76.4℃	NA	이정민
2026-04-24	13:00	-80.9℃	NA	이정민
2026-04-25	ND	ND	ND	ND
2026-04-26	ND	ND	ND	ND
2026-04-27	09:29	-80.5℃	NA	강수임
2026-04-28	09:40	-79.3℃	NA	강수임
2026-04-29	08:59	-79.10℃	NA	강수임
2026-04-30	09:40	-80.2℃	NA	강수임

점검자(이름/서명) : 강수임 /

점검일(YYYY.MM.DD) : 2026.05.06