


저온 냉동고 온도 기록지(I)

장비명	저온냉동고(699L)			
모델명	FU-017			
Serial No	GS220805-692			
설정온도	-30 ℃			
위 치	임상시험센터			
날짜 (YYYY.MM.DD)	점검 시간 (HH:MM)	온도 ℃	기타사항(알람 등)	서명
2026-05-01	ND	ND	ND	ND
2026-05-02	ND	ND	ND	ND
2026-05-03	ND	ND	ND	ND
2026-05-04	13:12	-30.4℃	NA	장원아
2026-05-05	ND	ND	ND	ND
2026-05-06	09:15	-29.1℃	NA	강수임
2026-05-07	11:07	-29.0℃	NA	강수임
2026-05-08	10:00	-28.6℃	NA	강수임
2026-05-09	ND	ND	ND	ND
2026-05-10	ND	ND	ND	ND
2026-05-11	10:00	-29.2℃	NA	가다혜
2026-05-12	13:20	-29.3℃	NA	가다혜
2026-05-13	09:20	-30.2℃	NA	가다혜
2026-05-14	13:20	-28.9℃	NA	가다혜
2026-05-15	11:35	-30.4℃	NA	강수임
2026-05-16	ND	ND	ND	ND
2026-05-17	ND	ND	ND	ND
2026-05-18	09:20	-30.2℃	NA	장원아
2026-05-19	13:40	-30.2℃	NA	장원아
2026-05-20	10:13	-28.8℃	NA	장원아
2026-05-21	10:26	-30.4℃	NA	장원아
2026-05-22	09:40	-28.8℃	NA	장원아
2026-05-23	ND	ND	ND	ND
2026-05-24	ND	ND	ND	ND
2026-05-25	ND	ND	ND	ND
2026-05-26	11:20	-30.4℃	NA	장원아
2026-05-27	10:10	-28.9℃	NA	장원아
2026-05-28	09:33	-28.6℃	NA	장원아
2026-05-29	09:40	-29.2℃	NA	장원아
2026-05-30	ND	ND	ND	ND
2026-05-31	ND	ND	ND	ND

점검자(이름/서명) : 강수임 / 

점검일(YYYY.MM.DD) : 2026. 06. 01