

초저온 냉동고 온도 기록지(I)

장비명	Deep Freezer			
모델명	ULT-837			
Serial No	GS28190109-12			
설정온도	-80 °C			
위 치	임상시험센터			
날짜 (YYYY.MM.DD)	점검 시간 (HH:MM)	온도 °C	기타사항(알람 등)	서명
2026-05-01	ND	ND	ND	ND
2026-05-02	ND	ND	ND	ND
2026-05-03	ND	ND	ND	ND
2026-05-04	13:18	-79.4°C	NA	장진아
2026-05-05	ND	ND	ND	ND
2026-05-06	09:15	-79.0°C	NA	강수임
2026-05-07	11:06	-80.4°C	NA	강수임
2026-05-08	10:00	-79.9°C	NA	강수임
2026-05-09	ND	ND	ND	ND
2026-05-10	ND	ND	ND	ND
2026-05-11	16:00	-77.9°C	NA	김다혜
2026-05-12	17:20	-78.4°C	NA	김다혜
2026-05-13	09:20	-78.5°C	NA	김다혜
2026-05-14	13:20	-80.7°C	NA	김다혜
2026-05-15	11:34	-76.2°C	NA	강수임
2026-05-16	ND	ND	ND	ND
2026-05-17	ND	ND	ND	ND
2026-05-18	14:15	-80.1°C	NA	장진아
2026-05-19	13:40	-80.8°C	NA	장진아
2026-05-20	10:13	-78.5°C	NA	장진아
2026-05-21	14:25	-79.5°C	NA	장진아
2026-05-22	10:20	-79.8°C	NA	장진아
2026-05-23	ND	ND	ND	ND
2026-05-24	ND	ND	ND	ND
2026-05-25	ND	ND	ND	ND
2026-05-26	14:00	-78.1°C	NA	장진아
2026-05-27	10:10	-80.1°C	NA	장진아
2026-05-28	09:33	-80.0°C	NA	장진아
2026-05-29	11:17	-76.3°C	NA	강수임
2026-05-30	ND	ND	ND	ND
2026-05-31	ND	ND	ND	ND

점검자(이름/서명) :

강수임 / ←

점검일(YYYY.MM.DD) :

2026. 06. 01