

특수의료장비 품질관리 서류검사 성적서

문서번호 : 26-00918-0

시행일자 : 2026-06-10

수 신 : 이화의대부속서울병원

제 목 : 품질관리검사 성적 통보

의료기관명	이화의대부속서울병원		
소재지	서울특별시 강서구 공항대로 260(마곡동, 이화여자대학교 제2부속병원)		
장비명	전산화단층촬영장치	장비고유번호	3150000-02-202204-00001
모델 / 형식	evolution APEX / WCT-1300-140		
제조사 / 제조국	GE / 미국	설치장소	영상의학과 1층
제조번호	REV2A2200027CN		
제조년월일	2022-04-01		

위 장비에 대한 검사 결과를 아래와 같이 통보합니다.

검사항목		검사결과	판정
인력검사		이상없음	적합
시설검사		이상없음	적합
정도관리기록검사	정도관리	이상없음	적합
	기기변경	이상없음	-
팬텀영상검사		이상없음	적합
임상영상검사		해당없음	-
종합판정		적합	
기타의견(부적합 사유)			
첨부		검사결과서 1부	

2026 년 06 월 10 일

한국의료영상품질관리원장



한국의료영상품질관리원은 최상의 검사서비스와 체계적이고 정확한 품질관리검사를 시행하기 위하여 ISO 9001:2008 품질경영시스템을 인증 받았습니다.