



서비스 보고서

제품정보: DISCOVERY DMI 20CM 4 RING

서비스 번호: 13397188

시스템 ID: 0850450200

서비스 구분: 정기점검

제조번호: COL201800044PT

계약번호: --

의료기기 품목명 : 표시기재사항 참고 / 의료기기 수입자명 : 지이헬스케어코리아

의료기기 제조국 : 표시기재사항 참고 / 제조연월일 : 표시기재사항 참고

고객정보

병원명: 이화여자대학교의과대학부속서울병원

병원주소: 서울특별시 강서구 공항대로 260 이화여자대학교부속서울병원 SEOUL Korea, Republic of 157-210

담당선생님: --

Equipment Number: --

연락처: --

Room/Department: 0850450200

Email Address: --

구매번호: --

Field Service No. WO-14712899 on 2025-02-13

PM Level of Service: --

PM Sequence: --

고장 내용: Medical Device Evaluation Institute 3 Year PET-CT Examination

수리/점검내역: PET uniformity & Resolution check
CT uniformity & Resolution check

테스트 내용: Scan test was successful

작업

작업 종류	엔지니어	시작	종료	기간
정기점검	sunchan Back	15:30	16:30	1h 0min
Phone Support	SungPil Jung	15:30	16:00	30min

부품

부품번호	부품명	Old Serial#	New Serial#	수량
5174313-14	FRU, 4 gallons, Coolant, DI Water, Non-copper corrosive TTA , Algae resistant	--	--	1

Tool Information: --

엔지니어 서명:

서비스 보고서

엔지니어 이름: sunchan Back
날짜/시간: 2025-02-20 00:07:53

병원명: Jeon haengjin
Customer Designation:
Customer Document ID:

전형진

2025-02-20 00:07:49
고객 서명 1: