

서비스 보고서

제품정보: DISCOVERY DMI 20CM 4 RING

서비스 번호: 11913909

시스템 ID: 0850450200

서비스 구분: 정기점검

제조번호: COL201800044PT

계약번호: --

의료기기 품목명 : 표시기재사항 참고 / 의료기기 수입자명 : 지이헬스케어코리아

의료기기 제조국 : 표시기재사항 참고 / 제조연월일 : 표시기재사항 참고

고객정보

병원명: 이화여자대학교의과대학부속서울병원

병원주소: 서울특별시 강서구 공항대로 260 이화의대부속서울병원 SEOUL Korea, Republic of 157-210

담당선생님: --

Equipment Number: --

연락처: --

Room/Department: 0850450200

Email Address: --

구매번호: --

Field Service No. WO-13432930 on 2025-02-27

PM Level of Service: V

PM Sequence: --

고장 내용: PM in FEB

수리/점검내역:

- Perform Back up
- Perform DQA
- Perform PET Cal
- Cleaning the Heat blowe filter
- Cleaning the Chiller & PARC Filter
- Cleaing Tube heat exchanger Filter
- Perform WCC & Nomalization
- Perform CT QA test
- Perform Table elevation check
- Perform Split & Slipring blush check

테스트 내용: Scan test was successful


작업

작업 종류	엔지니어	시작	종료	기간
Travel	sunchan Back	11:00	12:00	1h 0min
Travel	Junil Huh	12:30	14:00	1h 30min
정기점검	sunchan Back	14:00	16:30	2h 30min
정기점검	Junil Huh	14:00	17:30	3h 30min
Travel	sunchan Back	16:30	17:20	50min
정기점검	Hyeokdo Kwon	17:00	19:00	2h 0min
정기점검	EunKyo Jung	17:20	17:30	10min

서비스 보고서

작업 종류	엔지니어	시작	종료	기간
Travel	Junil Huh	17:30	18:30	1h 0min
Travel	Hyeokdo Kwon	19:00	20:00	1h 0min
Tool Information: --				

엔지니어 서명:



엔지니어 이름: sunchan Back

날짜/시간: 2025-03-03 21:29:12

병원명: Jeon haengjin

Customer Designation:

Customer Document ID:



2025-03-03 21:29:08

고객 서명 1: