

검체 냉장고 온도 기록지(I)

장비명	Refrigerator			
모델명	CBR-150-182			
Serial No	GS24190115-24			
설정온도	4 °C			
위 치	임상시험센터			
날짜 (YYYY.MM.DD)	점검 시간 (HH:MM)	온도 °C	기타사항(알람 등)	서명
2026-06-01	09:10	3.6°C	NA	76다저
2026-06-02	09:31	3.7°C	NA	76다저
2026-06-03	ND	ND	ND	ND
2026-06-04	10:15	3.6°C	NA	76다저
2026-06-05	09:58	3.6°C	NA	김다정
2026-06-06	ND	ND	ND	ND
2026-06-07	ND	ND	ND	ND
2026-06-08	09:22	3.9°C	NA	김다정
2026-06-09	09:31	3.8°C	NA	76다저
2026-06-10	09:25	3.7°C	NA	김다정
2026-06-11	09:36	4.3°C	NA	76다저
2026-06-12	09:35	3.9°C	NA	76다저
2026-06-13	ND	ND	ND	ND
2026-06-14	ND	ND	ND	ND
2026-06-15	10:48	4.2°C	NA	장영일
2026-06-16	10:09	4.0°C	NA	장영일
2026-06-17	10:09	3.8°C	NA	장영일
2026-06-18	09:49	4.1°C	NA	장영일
2026-06-19	10:35	3.9°C	NA	장영일
2026-06-20	ND	ND	ND	ND
2026-06-21	ND	ND	ND	ND
2026-06-22	10:15	3.6°C	NA	장영일
2026-06-23	10:01	3.8°C	NA	장영일
2026-06-24	08:53	3.8°C	NA	장영일
2026-06-25	10:50	4.0°C	NA	장영일
2026-06-26	09:11	4.0°C	NA	장영일
2026-06-27	ND	ND	ND	ND
2026-06-28	ND	ND	ND	ND
2026-06-29	09:30	4.3°C	NA	76다저
2026-06-30	09:50	4.2°C	NA	76다저

점검자(이름/서명)

: 백선영

점검일(YYYY.MM.DD)

: 2026.07.01