

초저온 냉동고 온도 기록지(I)

장비명	Deep Freezer			
모델명	ULT-837			
Serial No	GS28190109-12			
설정온도	-80 ℃			
위 치	임상시험센터			
날짜 (YYYY.MM.DD)	점검 시간 (HH:MM)	온도 ℃	기타사항(알람 등)	서명
2026-06-01	09:10	-75.6℃	NA	김다재
2026-06-02	09:30	-75.8℃	NA	김다재
2026-06-03	ND	ND	ND	ND
2026-06-04	10:13	-75.6℃	NA	김다재
2026-06-05	09:58	-76.9℃	NA	김다재
2026-06-06	ND	ND	ND	ND
2026-06-07	ND	ND	ND	ND
2026-06-08	09:21	-76.6℃	NA	김다재
2026-06-09	09:31	-77.0℃	NA	김다재
2026-06-10	09:25	-76.8℃	NA	김다재
2026-06-11	09:36	-76.8℃	NA	김다재
2026-06-12	09:35	-76.6℃	NA	김다재
2026-06-13	ND	ND	ND	ND
2026-06-14	ND	ND	ND	ND
2026-06-15	10:40	-77.0℃	NA	김다재
2026-06-16	10:08	-77.3℃	NA	김다재
2026-06-17	10:04	-77.4℃	NA	김다재
2026-06-18	09:49	-77.4℃	NA	김다재
2026-06-19	10:35	-80.1℃	NA	김다재
2026-06-20	ND	ND	ND	ND
2026-06-21	ND	ND	ND	ND
2026-06-22	10:15	-77.4℃	NA	김다재
2026-06-23	10:01	-77.6℃	NA	김다재
2026-06-24	08:53	-76.5℃	NA	김다재
2026-06-25	10:49	-80.5℃	NA	김다재
2026-06-26	09:11	-78.9℃	NA	김다재
2026-06-27	ND	ND	ND	ND
2026-06-28	ND	ND	ND	ND
2026-06-29	09:30	-78.5℃	NA	김다재
2026-06-30	09:50	-77.1℃	NA	김다재

점검자(이름/서명) : 박선영 / 

점검일(YYYY.MM.DD) : 2026.07.01