

초저온 냉동고 온도 기록지(I)

장비명	Deep Freezer			
모델명	ULT-837			
Serial No	GS28190109-12			
설정온도	-80 °C			
위 치	임상시험센터			
날짜 (YYYY.MM.DD)	점검 시간 (HH:MM)	온도 °C	기타사항(알람 등)	서명
2026-07-01	09:55	-78.2°C	NA	김다혜
2026-07-02	09:30	-75.4°C	NA	김다혜
2026-07-03	09:10	-77.2°C	NA	김다혜
2026-07-04	ND	ND	ND	ND
2026-07-05	ND	ND	ND	ND
2026-07-06	09:10	-79.4°C	NA	김다혜
2026-07-07	09:20	-80.8°C	NA	김다혜
2026-07-08	09:10	-81.0°C	NA	김다혜
2026-07-09	10:38	-80.7°C	NA	김수임
2026-07-10	12:30	-77.0°C	NA	김진하
2026-07-11	ND	ND	ND	ND
2026-07-12	ND	ND	ND	ND
2026-07-13	11:25	-77.7°C	NA	김진하
2026-07-14	09:30	-77.0°C	NA	김진하
2026-07-15	15:00	-79.5°C	NA	김진하
2026-07-16	10:25	-80.8°C	NA	김진하
2026-07-17				
2026-07-18	ND	ND	ND	ND
2026-07-19	ND	ND	ND	ND
2026-07-20	10:28	-78.8°C	NA	김수임
2026-07-21	08:54	-80.8°C	NA	김수임
2026-07-22	09:55	-78.0°C	NA	김수임
2026-07-23	09:30	-80.6°C	NA	김다혜
2026-07-24	13:43	-77.3°C	NA	김수임
2026-07-25	ND	ND	ND	ND
2026-07-26	ND	ND	ND	ND
2026-07-27	10:34	-77.2°C	NA	김수임
2026-07-28	12:30	-80.3°C	NA	김다혜
2026-07-29	10:45	-80.8°C	NA	김다혜
2026-07-30	09:04	-80.5°C	NA	김다혜
2026-07-31	11:25	-78.8°C	NA	김다혜

N/A

점검자(이름/서명) : 김수임 / 

점검일(YYYY.MM.DD) : 2026.08.03