EUMC 이대서울병원
SEOUL

검체 냉장고 온도 기록지(II)

장비명	Refrigerator
모델명	CBR-150-182
Serial No	GS24190115-24
설정온도	4 ℃
위 치	임상시험센터

날짜 (YYYY.MM.DD)	min ℃	max ℃	기타사항(알람 등)
2026-08-01	3.56	4.45	
2026-08-02	3.55	4.56	
2026-08-03	3.56	4.58	
2026-08-04	3.57	4.47	
2026-08-05	3.56	4.54	
2026-08-06	3.57	4.54	
2026-08-07	3.56	4.45	
2026-08-08	3.55	4.33	
2026-08-09	3.56	4.55	
2026-08-10	3.56	4.54	
2026-08-11	3.51	4.53	
2026-08-12	3.57	4.59	
2026-08-13	3.52	4.56	
2026-08-14	3.55	4.49	
2026-08-15	3.56	4.55	
2026-08-16	3.55	4.54	
2026-08-17	3.56	4.55	
2026-08-18	3.55	4.45	
2026-08-19	3.51	4.57	
2026-08-20	3.53	4.51	
2026-08-21	3.56	4.55	
2026-08-22	3.57	4.54	
2026-08-23	3.54	4.49	
2026-08-24	3.55	4.54	
2026-08-25	3.56	4.58	
2026-08-26	3.57	4.54	
2026-08-27	3.53	4.34	
2026-08-28	3.58	4.56	
2026-08-29	3.57	4.45	
2026-08-30	3.56	4.52	
2026-08-31	3.52	4.55	

점검자 : 백선영 (이름/서명)　　점검일 : 2026. 09. 01 (YYYY.MM.DD)