EUMC 이대서울병원 SEOUL

검체 냉장고 온도 기록지(I)

장비명	Refrigerator
모델명	CBR-150-182
Serial No	GS24190115-24
설정온도	4 ℃
위 치	임상시험센터

날짜 (YYYY.MM.DD)	점검 시간 (HH:MM)	온도 ℃	기타사항(알람 등)	서명
2026-09-01	10:28	4.0°C	NA	강수임
2026-09-02	09:53	3.6°C	NA	강수임
2026-09-03	16:28	3.7°C	NA	강수임
2026-09-04	09:00	4.0°C	NA	강수임
2026-09-05	ND	ND	ND	ND
2026-09-06	ND	ND	ND	ND
2026-09-07	09:30	4.1°C	NA	개대희
2026-09-08	09:38	4.2°C	NA	개대희
2026-09-09	09:10	3.7°C	NA	개대희
2026-09-10	09:05	4.0°C	NA	개대희
2026-09-11	09:40	4.3°C	NA	개대희
2026-09-12	ND	ND	ND	ND
2026-09-13	ND	ND	ND	ND
2026-09-14	09:15	4.1°C	NA	개대희
2026-09-15	09:30	4.1°C	NA	개대희
2026-09-16	09:50	3.7°C	NA	개대희
2026-09-17	08:40	3.6°C	NA	개대희
2026-09-18	09:10	4.4°C	NA	박선영
2026-09-19	ND	ND	ND	ND
2026-09-20	ND	ND	ND	ND
2026-09-21	09:20	3.8°C	NA	장원아
2026-09-22	09:20	3.7°C	NA	장원아
2026-09-23	11:35	3.8°C	NA	장원아
2026-09-24	ND	ND	ND	ND
2026-09-25	ND	ND	ND	ND
2026-09-26	ND	ND	ND	ND
2026-09-27	ND	ND	ND	ND
2026-09-28	09:00	4.3°C	NA	장원아
2026-09-29	09:00	4.4°C	NA	장원아
2026-09-30	10:00	4.1°C	NA	장원아

점검자(이름/서명) : 강수임 / 강수임

점검일(YYYY.MM.DD) : 2026.10.01