EUMC 이대서울병원 SEOUL

검체 냉장고 온도 기록지(II)

장비명	Refrigerator		
모델명	CBR-150-182		
Serial No	GS24190115-24		
설정온도	4 ℃		
위 치	임상시험센터		
날짜 (YYYY.MM.DD)	**min ℃**	**max ℃**	**기타사항(알람 등)**
2026-09-01	3.55	4.48	
2026-09-02	3.54	4.49	
2026-09-03	3.56	4.39	
2026-09-04	3.57	4.58	
2026-09-05	3.56	4.49	
2026-09-06	3.56	4.48	
2026-09-07	3.58	4.55	
2026-09-08	3.55	4.45	
2026-09-09	3.55	4.52	
2026-09-10	3.56	4.47	
2026-09-11	3.57	4.51	
2026-09-12	3.59	4.41	
2026-09-13	3.57	4.39	
2026-09-14	3.56	4.52	
2026-09-15	3.56	4.51	
2026-09-16	3.56	4.47	
2026-09-17	3.56	4.54	
2026-09-18	3.54	4.51	
2026-09-19	3.61	4.34	
2026-09-20	3.60	4.31	
2026-09-21	3.59	4.34	
2026-09-22	3.63	4.34	
2026-09-23	3.58	4.57	
2026-09-24	3.55	4.45	
2026-09-25	3.57	4.46	
2026-09-26	3.56	4.46	
2026-09-27	3.55	4.40	
2026-09-28	3.57	4.52	
2026-09-29	3.57	4.52	
2026-09-30	3.55	4.55	

점검자 : 박선영 (서명) 점검일 : 2026.10.01

이름/서명 YYYY.MM.DD