EUMC 이대서울병원 SEOUL

저온 냉동고 온도 기록지(I)

장비명	저온냉동고(699L)
모델명	FU-017
Serial No	GS220805-692
설정온도	-30 ℃
위 치	임상시험센터

날짜 (YYYY.MM.DD)	점검 시간 (HH:MM)	온도 ℃	기타사항(알람 등)	서명
2026-09-01	10:20	-29.4°C	NA	강수임
2026-09-02	09:53	-30.5°C	NA	강수임
2026-09-03	16:21	-29.3°C	NA	강수임
2026-09-04	08:59	-29.7°C	NA	강수임
2026-09-05	ND	ND	ND	ND
2026-09-06	ND	ND	ND	ND
2026-09-07	09:30	-29.3°C	NA	기다희
2026-09-08	09:38	-30.0°C	NA	기다희
2026-09-09	09:10	-28.7°C	NA	기다희
2026-09-10	09:05	-30.2°C	NA	기다희
2026-09-11	09:40	-30.4°C	NA	기다희
2026-09-12	ND	ND	ND	ND
2026-09-13	ND	ND	ND	ND
2026-09-14	09:15	-28.9°C	NA	기다희
2026-09-15	09:30	-28.8°C	NA	기다희
2026-09-16	09:50	-30.3°C	NA	기다희
2026-09-17	09:40	-28.8°C	NA	기다희
2026-09-18	09:10	-29.5°C	NA	백선당
2026-09-19	ND	ND	ND	ND
2026-09-20	ND	ND	ND	ND
2026-09-21	09:20	-28.8°C	NA	장권아
2026-09-22	09:20	-30.3°C	NA	장권아
2026-09-23	11:35	-29.1°C	NA	장권아
2026-09-24	ND	ND	ND	ND
2026-09-25	ND	ND	ND	ND
2026-09-26	ND	ND	ND	ND
2026-09-27	ND	ND	ND	ND
2026-09-28	09:10	-29.4°C	NA	장권아
2026-09-29	09:10	-29.1°C	NA	장권아
2026-09-30	10:00	-29.6°C	NA	장권아

점검자(이름/서명) : 강수임 1F

점검일(YYYY.MM.DD) : 2026.10.01