저온 냉동고 점검 및 Test

■ 설치장소 : 임상시험센터

■ 장비명 : 저온냉동고(699L)

■ 자산코드 : G2I032200001

■ 점검 항목

S/N : GS220805-692

번호	점검 항목	Pass	Fail	비고
1	외관 상태	O		
2	Power (전원 ON/OFF) check	O		
3	Battery 상태	O		79%
4	LED/LCD Display	O		
5	Button check	O		
6	온도 측정	설정 온도 (℃)	측정 온도 (℃)	
		-30.0	-29.8	정상

2026년 09월 22일

점검자 : 의공팀 은승진

* 점검계측기 : FLUKE-179, FLUKE-971