Pulse Oximeter 점검 및 Test

■ 설치장소 : 임상시험센터

■ 장비명 : PORTABLE PULSE OXYMETER(SpO2 Monitor)

■ 자산코드 : H3F201900008

■ 점검 항목

S/ N : MBP1901214

외관 검사						
검사 항목	검검 여부		점검 결과		조치 여부	
	예	아니오	적합	부적합	예	아니요
외형적 유해조건	■	□	■	□	□	□
Front Cover 와 Back Cover	■	□	■	□	□	□
LCD 점검	■	□	■	□	□	□
알람 작동 점검	■	□	■	□	□	□
BATTERY 구동시 작동 점검	■	□	■	□	□	□
데이터 저장 유무	■	□	■	□	□	□
조작 판넬 기능 검사	■	□	■	□	□	□

기능 검사			
TEST	**TYPE**	**RESULT**	**LIMIT**
ECG	Heart rate	N/A	120 bpm(± 3 bpm)
SpO2	%SpO2 value	98%	98%(± 2%)
	Pulse rate	60 bpm	60 bpm(± 3 bpm)
NIBP	Systolic/Mean/Diastolic	N/A	120/90/80 (± 5 bpm)

2026년 09월 22일

점검자 : 의공팀 은승진 (인)