Centrifuge 점검 및 Test

■ 설치장소 : 임상시험센터
■ 장비명 : 5930 Universal Refirgerated Centrifuge
■ 자산코드 : H2A011900003
■ 점검 항목

S/ N : V72973

외관 검사						
검사 항목	검검 여부		점검 결과		조치 여부	
	예	아니오	적합	부적합	예	아니요
내, 외관 청결상태 여부	■	□	■	□	□	□
조작부 작동상태 여부	■	□	■	□	□	□
Bucket 균열상태 여부	■	□	■	□	□	□
Door 장금장치상태 여부	■	□	■	□	□	□
Rotor 고정상태 확인	■	□	■	□	□	□
Imbalance (Bucket) 확인사항	■	□	■	□	□	□
Speed sensor 동작 확인사항	■	□	■	□	□	□
냉장 유지상태 확인사항	■	□	■	□	□	□
Rotor life time 확인사항	■	□	■	□	□	□

성능 시험			
	설정값	측정값	결과
RPM 측정 (허용오차범위 ± 5 % 이내)	RPM (3000)	RPM (2999)	적합
Time 측정 (허용오차범위 ± 5 % 이내)	Time (10:00)	Time (10:00)	적합

2026년 09월 22일

점검자 : 의공팀 은승진 (인)

Centrifuge 점검 및 Test

■ 설치장소 : 임상시험센터
■ 장비명 : 5930 Universal Refirgerated Centrifuge
■ 자산코드 : Y1A042400001
■ 점검 항목

S/ N : AX3074

외관 검사						
검사 항목	검검 여부		점검 결과		조치 여부	
	예	아니오	적합	부적합	예	아니요
내, 외관 청결상태 여부	■	□	■	□	□	□
조작부 작동상태 여부	■	□	■	□	□	□
Bucket 균열상태 여부	■	□	■	□	□	□
Door 장금장치상태 여부	■	□	■	□	□	□
Rotor 고정상태 확인	■	□	■	□	□	□
Imbalance (Bucket) 확인사항	■	□	■	□	□	□
Speed sensor 동작 확인사항	■	□	■	□	□	□
냉장 유지상태 확인사항	■	□	■	□	□	□
Rotor life time 확인사항	■	□	■	□	□	□

성능 시험			
	설정값	측정값	결과
RPM 측정 (허용오차범위 ± 5 % 이내)	RPM (3000)	RPM (2999)	적합
Time 측정 (허용오차범위 ± 5 % 이내)	Time (10:00)	Time (10:00)	적합

2026년 09월 22일

점검자 : 의공팀 은승진 (서명)