신장체중계

S/N : AX1901038

번호	부서	자산코드	장비명	모델	기준중량	측정중량	오차	기준높이	측정높이	오차	비고
1	임상시험센터	H3W011900078	신장체중계	GL-150R	20kg	20.00kg	0.0kg	100cm	99.8cm	0.2cm	정상

2026년 09월 22일

점검자 : 의공팀 은승잔 (인)