저울

S/N : H2409806

번호	부서	자산코드	장비명	모델	기준중량	측정중량	오차	기준높이	측정높이	오차	비고
1	임상시험센터	-	저울	CB-1200	500g	500g	0g	-	-	-	정상

2026년 09월 22일

점검자 : 의공팀 은승진