자동 혈압계 점검 및 Test

■ 설치장소 : 임상시험센터

■ 장비명 : Blood Pressure Monitor

■ 자산코드 : H3U031900001

■ 점검 항목

S/N : B81900179

번호	점검 항목	Pass	Fail	비고
1	외관 상태	O		
2	Power (전원 ON/OFF) check	O		
3	Cuff 상태	O		
4	LED/LCD Display	O		
5	Button check	O		
6	혈압 측정	기준 혈압 (mmHg)	측정 혈압 (mmHg)	
		120/80	121/81	정상

2026년 09월 22일

점검자 : 의공팀 은승진 (인)

* 점검계측기 : FLUKE-ProSim4

자동 혈압계 점검 및 Test

■ 설치장소 : 임상시험센터

■ 장비명 : Watch BP Home

■ 자산코드 : H3U041900076

■ 점검 항목

S/N : 201800012

번호	점검 항목	Pass	Fail	비고
1	외관 상태	O		
2	Power (전원 ON/OFF) check	O		
3	Cuff 상태	O		
4	LED/LCD Display	O		
5	Button check	O		
6	혈압 측정	기준 혈압 (mmHg)	측정 혈압 (mmHg)	
		120/80	120/82	정상

2026년 09월 22일

점검자 : 의공팀 은승진 (인)

* 점검계측기 : FLUKE-ProSim4

자동 혈압계 점검 및 Test

■ 설치장소 : 임상시험센터

■ 장비명 : Watch BP Home

■ 자산코드 : H3U041900077

■ 점검 항목

S/N : 201800013

번호	점검 항목	Pass	Fail	비고
1	외관 상태	O		
2	Power (전원 ON/OFF) check	O		
3	Cuff 상태	O		
4	LED/LCD Display	O		
5	Button check	O		
6	혈압 측정	기준 혈압 (mmHg)	측정 혈압 (mmHg)	
		120/80	120/78	정상

2026년 09월 22일

점검자 : 의공팀 은승진 (인)

* 점검계측기 : FLUKE-ProSim4

자동 혈압계 점검 및 Test

■ 설치장소 : 임상시험센터

■ 장비명 : Watch BP Home

■ 자산코드 : H3U041900078

■ 점검 항목

S/N : 201800014

번호	점검 항목	Pass	Fail	비고
1	외관 상태	O		
2	Power (전원 ON/OFF) check	O		
3	Cuff 상태	O		
4	LED/LCD Display	O		
5	Button check	O		
6	혈압 측정	기준 혈압 (mmHg)	측정 혈압 (mmHg)	
		120/80	120/80	정상

2026년 09월 22일

점검자 : 의공팀 은승진 (인)

* 점검계측기 : FLUKE-ProSim4