EUMC 이대서울병원
SEOUL

초저온 냉동고 온도 기록지(II)

장비명	Deep Freezer		
모델명	ULT-837		
Serial No	GS28190109-12		
설정온도	-80 ℃		
위 치	임상시험센터		
날짜 (YYYY.MM.DD)	**min ℃**	**max ℃**	**기타사항(알람 등)**
2026-10-01	-81.06	-76.71	
2026-10-02	-81.11	-77.62	
2026-10-03	-81.06	-77.78	
2026-10-04	-81.03	-77.35	
2026-10-05	-81.04	-76.87	
2026-10-06	-81.06	-77.12	
2026-10-07	-81.05	-76.98	
2026-10-08	-81.04	-76.37	
2026-10-09	-81.05	-77.12	
2026-10-10	-81.02	-76.97	
2026-10-11	-81.04	-76.96	
2026-10-12	-81.06	-74.65	
2026-10-13	-81.07	-76.59	
2026-10-14	-81.08	-77.02	
2026-10-15	-81.07	-77.12	
2026-10-16	-81.05	-77.04	
2026-10-17	-81.07	-77.45	
2026-10-18	-81.06	-77.02	
2026-10-19	-81.04	-77.12	
2026-10-20	-81.05	-77.04	
2026-10-21	-81.12	-77.25	
2026-10-22	-81.06	-76.13	
2026-10-23	-81.07	-76.12	
2026-10-24	-81.03	-77.78	
2026-10-25	-81.05	-77.88	
2026-10-26	-81.08	-77.12	
2026-10-27	-81.06	-77.05	
2026-10-28	-81.09	-76.45	
2026-10-29	-81.02	-76.83	
2026-10-30	-81.14	-76.98	
2026-10-31	-81.15	-76.59	

점검자 : 박선영 / (서명)
이름/서명

점검일 : 2026. 11. 02
YYYY.MM.DD